



Analyserapport

Lab.nummer 2314833
Monsterpunt Maandmonster Heiploeg - Zoutkamp
Monsterpuntcode a1vos0017
Matrix Slib
Datum - Tijd, begin 01-03-2023 - 07:00
Datum - Tijd, eind 31-03-2023 - 16:00

Waterschap Vallei en Veluwe
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Monsterontvangst

Voorbewerking Centrifugeren

+

[Z]

Anorganisch

Chemisch zuurstofverbruik (als O ₂)	960	g/kg ds	Q	(M173)	[Z]
Droge stof	3,6	%	Q	c	(M134) [Z]
Percentage gloeirest	32,9	% ds	Q	c	(M126) [Z]
Percentage zandrest	< 1	% ds			(M24) [Z]
FOS/TAC ratio					
FOS/TAC ratio	1,2			c	(M47) [Z]
Vluchtige organische zuren	1.887	mg/l		c	(M47) [Z]
Totaal Anorganische carbonaat	1.598	mg/l		c	(M47) [Z]
Chloride	61.510	mg/kg ds	Q		(M172) [Z]
Stikstof Kjeldahl (als N)	66	g/kg ds	Q		(M178) [Z]
Totaal fosfor (als P)	19	g/kg ds	Q		(M180) [Z]

Metalen

Aluminium	54.000	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Antimoon	< 1	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Arseen	17	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Barium	< 25	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Cadmium	< 0,1	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Calcium	13.000	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Chroom	5,2	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
IJzer	640	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Kobalt	< 1	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Koper	38	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Kwik	< 0,05	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Lood	< 5	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Mangaan	36	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Molybdeen	1,3	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Natrium	49.000	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Nikkel	3,1	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Telluur	< 1	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Thallium	< 1	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Tin	< 1	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Vanadium	1,9	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Zilver	< 2	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Zink	170	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Zwavel	6.700	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Kalium	12.000	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Magnesium	2.800	mg/kg ds	Q	c	(M28) [Z]
Ontsluiting metalen	+				[Z]

Analysierapport

Monsterpuntcode *a1vos0017*
Datum - Tijd, begin *01-03-2023 - 07:00*
Datum - Tijd, eind *31-03-2023 - 16:00*

Opmerking: c

- De conserveringstermijn is verstreken, waardoor het resultaat mogelijk minder betrouwbaar is.

Methoden:

- (M24) conform NEN 6622
- (M28) conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961 en meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
- (M47) eigen methode
- (M126) conform NEN-EN 15935
- (M134) conform NEN-EN 15934
- (M172) eigen methode (extractie conform AP04-SG, meting conform NEN-EN-ISO 15682)
- (M173) conform NEN 6633 (2006)
- (M178) eigen methode (ontsluiting conform NEN-EN 13342, meting conform NEN 6646+C1)
- (M180) eigen methode (ontsluiting conform NEN-EN 14672, meting conform NEN-EN-ISO 15681-2)

Onderzoekslocatie:

[Z] Aqualysis, Loggerweg 6, 8042 PG Zwolle