

gemeente Zoetermeer	
Rout.:	Ru/M H College:
02 FEB 2010	
Nr.:	10/2100
Pdd.:	
Opm.:	Ontbv: ja

Gemeente Zoetermeer

[REDACTED] ^D
Afd. Milieu, Bouw en Wonen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Ref.: PL / 100201 - 0009

1 februari 2010

Geachte [REDACTED] ^D

Betreft: emissiemetingen

Zoals wij december 2009 met U besproken hebben, hebben we tijdens de maand november vastgesteld dat de waarden, gegenereerd door de Synspec GC (gaschromatograaf), niet correct zijn.

De problemen situeerden zich bij de calibratie van de GC waar we vaststelden dat deze tot 40% afweek en tengevolge daarvan verkeerde meetwaarden noteerde.

De acties die we hebben genomen zijn de volgende: verhoogde manuele calibraties van het toestel in december 2009. Bijgevolg is het apparaat stabiel gaan meten en is ook de waarde van december meer aansluitend met de reële waarde.

Uit de meting van Lovap met het actief-kool buisje Dräger type G tube 2 (zie bijgevoegd document) blijkt eveneens dat de waarde van de scrubber (5,8 mg/m³) voldoet aan de vergunning.

We hebben contact genomen met de firma Synspec met de vraag om onze apparatuur te controleren en ervoor te zorgen dat de metingen uitgevoerd met de GC overeenkomen met de werkelijkheid. Er is inmiddels in week 3 van 2010 een eerste bezoek geweest van iemand van Synspec. De vertegenwoordiger van Synspec gaf aan dat hij intern diende te overleggen om na te gaan op welke manier het toestel dient aangepast te worden om de spreiding van de calibratiemeetwaarden te verkleinen. Wij zullen met de aanbevelingen van Synspec rekening houden.

Vanwege deze grote spreiding zijn de waarden van oktober en november 2009 dus niet waarheidsgetrouw. Zoals overeengekomen in "last onder dwangsom", rapporteren we bij deze de beschikbare meetresultaten, waarbij we expliciet afstand nemen van het scrubber resultaat van oktober en november 2009.

1. Incinerator

Oktober : < 1mg/m³
November : < 1mg/m³
December : < 1mg/ml³

1. Scrubber

Oktober : (18,1 mg/m³/foutief meetresultaat)
November : (19,1 mg/m³/foutief meetresultaat)
December : 7,5 mg/m³

Met vriendelijke groet,
Sterigenics Holland bv

D

D

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

D Art. 5.1 lid 1 sub d

Deze informatie betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG